



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

На медицинское изделие

Светильники медицинские потолочные и настенные "ЭМАЛЕД" с принадлежностями по ТУ 32.50.50-016-46655261-2018

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Закрытое акционерное общество "Завод ЭМА"  
(ЗАО "Завод ЭМА"), Россия,  
620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский б-р, д. 13,  
офис 201

Производитель

Закрытое акционерное общество "Завод ЭМА"  
(ЗАО "Завод ЭМА"), Россия,  
620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский б-р, д. 13,  
офис 201

Место производства медицинского изделия

ЗАО "Завод ЭМА", Россия, 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
Верх-Исетский б-р, д. 13

Номер регистрационного досье № РД-28477/47219 от 05.08.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 14 листах

приказом Росздравнадзора от 21 ноября 2019 года № 8805  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0044123

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 1

На медицинское изделие

**Светильники медицинские потолочные и настенные "ЭМАЛЕД" с принадлежностями по ТУ 32.50.50-016-46655261-2018, варианты исполнения:**

I. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный с дополнительной консолью "ЭМАЛЕД 602/602/X" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 2 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная - 3 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Держатель монитора - 1 шт.
7. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая - 1 шт.
8. Комплект монтажных частей - 1 шт.
9. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.
10. Аккумуляторная батарея - 2 шт.
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1010M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1110M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81820S, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81840, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

II. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный с дополнительной консолью "ЭМАЛЕД 602/402/X" (хирургический), в составе:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

0060220

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 2

1. Блок освещения с дугами - 2 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная - 3 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт. 6. Держатель монитора - 1 шт.
7. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая - 1 шт.
8. Комплект монтажных частей - 1 шт.
9. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.
10. Аккумуляторная батарея - 2 шт.
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1010M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1110M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81820S, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81840, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

III. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый одноблочный с дополнительной консолью "ЭМАЛЕД 602/Х" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 1 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная - 2 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Держатель монитора - 1 шт.
7. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая - 1 шт.
8. Комплект монтажных частей - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0060221

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 3

9. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.
10. Аккумуляторная батарея - 2 шт.
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1010M-VC с приемником беспроводной системы WHD1 (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1110M-VC с приемником беспроводной системы WHD1 (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81820S, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81840, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

IV. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый одноблочный с дополнительной консолью "ЭМАЛЕД 402/Х" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 1 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная - 2 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Держатель монитора - 1 шт.
7. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая - 1 шт.
8. Комплект монтажных частей - 1 шт.
9. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.
10. Аккумуляторная батарея - 2 шт.
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

0060222

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 4

- видеочамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;

- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

V. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый одноблочный с дополнительной консолью для низких потолков "ЭМАЛЕД 402/Х НП" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами для низких потолков - 1 шт.

2. Ось центральная - 1 шт.

3. Консоль пружинная для низких потолков - 2 шт.

4. Удлинитель - 1 шт.

5. Кожух - 1 шт.

6. Держатель монитора - 1 шт.

7. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая - 1 шт.

8. Комплект монтажных частей - 1 шт.

9. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.

10. Аккумуляторная батарея - 2 шт.

11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;

- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;

- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;

- пульт управления видеочамерой (опция) - 1 шт.;

- видеочамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;

- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

VI. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный "ЭМАЛЕД 602/602" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 2 шт.

2. Ось центральная - 1 шт.

3. Консоль пружинная - 2 шт.

4. Удлинитель - 1 шт.

5. Кожух - 1 шт.

6. Комплект монтажных частей - 1 шт.

7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.

8. Аккумуляторная батарея - 2 шт.

9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0060223

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 5

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1010M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1110M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81820S, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81840, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

VII. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный для низких потолков "ЭМАЛЕД 602/602 НП" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами для низких потолков - 2 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная для низких потолков - 2 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.
8. Аккумуляторная батарея - 2 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1010M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1110M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

**0060224**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 6

- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81820S, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81840, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;

- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

VIII. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный "ЭМАЛЕД 602/402" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 2 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная - 2 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.
8. Аккумуляторная батарея - 2 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1010M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1110M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81820S, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81840, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

IX. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный для низких потолков "ЭМАЛЕД 602/402 НП" (хирургический), в составе:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

0060234

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 7

1. Блок освещения с дугами для низких потолков - 2 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная для низких потолков - 2 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.
8. Аккумуляторная батарея - 2 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1010M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1110M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81820S, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81840, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

Х. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный "ЭМАЛЕД 402/402" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 2 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная - 2 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.
8. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

0060235



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 8

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

XI. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный для низких потолков "ЭМАЛЕД 402/402 НП" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами для низких потолков - 2 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная для низких потолков - 2 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.
8. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

XII. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный для низких потолков "ЭМАЛЕД 402/202 НП" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами для низких потолков - 2 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная для низких потолков - 2 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

0060227

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 9

8. Аккумуляторная батарея - 1 шт.

9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;

- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;

- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;

- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;

- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;

- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

ХIII. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый одноблочный "ЭМАЛЕД 602" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 1 шт.

2. Ось центральная - 1 шт.

3. Консоль пружинная - 1 шт.

4. Удлинитель - 1 шт.

5. Кожух - 1 шт.

6. Комплект монтажных частей - 1 шт.

7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.

8. Аккумуляторная батарея - 2 шт.

9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;

- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;

- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;

- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;

- видеокамера Tamron MP1010M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;

- видеокамера Tamron MP1110M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;

- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;

- видеокамера, JZC-N81820S, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;

- видеокамера, JZC-N81840, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;

- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

0060228

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 10

XIV. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый одноблочный для низких потолков "ЭМАЛЕД 602 НП" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами для низких потолков - 1 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная для низких потолков - 1 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.
8. Аккумуляторная батарея - 2 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1010M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера Tamron MP1110M-VC с приемником беспроводной системы WHDI (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81820S, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, JZC-N81840, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

XV. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый одноблочный "ЭМАЛЕД 402 А" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 1 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная - 1 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0060229

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 11

8. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

XVI. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый одноблочный для низких потолков "ЭМАЛЕД 402 А НП" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами для низких потолков - 1 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная для низких потолков - 1 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.
8. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

XVII. Светильник медицинский потолочный регулируемый одноблочный "ЭМАЛЕД 402" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 1 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная - 1 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

**0060230**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 12

6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.

XVIII. Светильник медицинский потолочный регулируемый одноблочный для низких потолков "ЭМАЛЕД 402 НП" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами для низких потолков - 1 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная для низких потолков - 1 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;
- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой (опция) - 1 шт.;
- видеокамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.

XIX. Светильник медицинский потолочный с аварийным питанием регулируемый одноблочный "ЭМАЛЕД 202 А" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 1 шт.
2. Ось центральная - 1 шт.
3. Консоль пружинная - 1 шт.
4. Удлинитель - 1 шт.
5. Кожух - 1 шт.
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0060231

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 13

8. Аккумуляторная батарея - 2 шт.

9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- видеочамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.;

- источник бесперебойного питания БАП- 27М (опция) - 1 шт.

XX. Светильник медицинский потолочный регулируемый одноблочный "ЭМАЛЕД 202" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 1 шт.

2. Ось центральная - 1 шт.

3. Консоль пружинная - 1 шт.

4. Удлинитель - 1 шт.

5. Кожух - 1 шт.

6. Комплект монтажных частей - 1 шт.

7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- видеочамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.

XXI. Светильник медицинский настенный регулируемый одноблочный "ЭМАЛЕД 402 W" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 1 шт.

2. Консоль пружинная - 1 шт.

3. Подвес настенный - 1 шт.

4. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.

5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- пульт управления (опция) - 1 шт.; - пульт управления сенсорный (опция) - 1 шт.;

- пульт управления переносной (опция) - 1 шт.;

- пульт управления видеочамерой (опция) - 1 шт.;

- видеочамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd (опция) - 1 шт.

XXII. Светильник медицинский настенный регулируемый одноблочный "ЭМАЛЕД 202 W" (хирургический), в составе:

1. Блок освещения с дугами - 1 шт.

2. Консоль пружинная - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0060232

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2019 года № РЗН 2019/9284

Лист 14

3. Подвес настенный - 1 шт.
4. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- видеочамера, IPG-53H20AF, производства Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd  
(опция) - 1 шт.



Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0060233